5 étapes à ne pas oublier en utilisant un ensemble de perfusion.

ÉTAPE 1 PRÉPARATION DU SITE

- Lavez-vous les mains
- Veillez à ce que le site d'insertion soit propre et sec



ÉTAPE 2 CHOIX DU SITE

- L'endroit le plus souvent utilisé est la région de l'estomac
- N'insérez pas l'ensemble de perfusion dans un endroit infecté ou enflé ni au voisinage de perçages, de tatouages, de bosses, etc.
- Examinez le site de perfusion 2 ou 3 fois par jour





ÉTAPE 3 ROTATION DU SITE

Méthodes recommandées :





Note : Consultez le mode d'emploi ou contactez votre professionnel de la santé pour plus de détails.

ÉTAPE 4 MÉTHODE D'INSERTION

A. Manuelle

B. Avec dispositif d'insertion intégré







ÉTAPE 5 MOMENT ET MÉTHODE DE CHANGEMENT

Ensembles de perfusion à canule souple : tous les 2 ou 3 jours

Ensembles de perfusion à aiguille d'acier : tous les jours ou tous les 2 jours

Enlevez l'ensemble de perfusion en soulevant l'adhésif avec précautions, puis sortez la canule de la peau.

Comment m'assurer que l'adhésif ne se décolle pas?

- Veillez à ce que la peau soit propre et sèche avant l'insertion
- Frottez l'adhésif pour bien le coller sur la peau
- Utilisez du ruban ou un pansement adhésif supplémentaire
- Envisagez d'utiliser un tampon de produit de préparation de la peau (SkinPrep®)

Liste de vérification

1. Nettoyez et séchez le site de perfusion
2. Suivez la méthode de rotation du site
3. Appuyez doucement sur l'adhésif pour bien le coller à la peau
4. Vérifiez votre glycémie
5. Examinez le site de perfusion plusieurs fois par jour

Unomedical
A ConvaTec Company

Animas® CANADA
une division de Produits médicaux LifeScan Canada ltée
une filiale de Johnson & Johnson

Animas est une marque de commerce appartenant à Animas Corporation et utilisée sous licence.
© 2009 Produits médicaux LifeScan Canada ltée, Burnaby, C.-B. V5C 6C6

Les ensembles de perfusion mentionnés sont tous des marques de commerce d'Unomedical a/s.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

093-955A JUL 09

Résolution des problèmes

Vous devez toujours discuter de ces questions avec votre professionnel de la santé pour trouver des solutions répondant exactement à vos problèmes.

conseil

N'oubliez pas de vérifier votre glycémie deux heures après avoir changé de site ou selon les instructions de votre professionnel de la santé.

Problème	Causes possibles	Action
Glycémie élevée	Apport insuffisant d'insuline Autres causes de glycémie élevée : • Maladie/fièvre • Repas/oubli d'un bolus • Menstruation • Ensemble de perfusion en place plus longtemps que recommandé	Bolus de correction, nouveau test après une heure. Si la glycémie ne diminue pas, insérez un nouvel ensemble de perfusion dans un autre site.
	• Canule pliée ou écrasée	Insérez un nouvel ensemble de perfusion dans un autre site.
Glycémie basse	Trop d'insuline • Calcul des glucides erroné • Réglage inapproprié de la pompe Autres causes de glycémie basse : • Augmentation de l'activité physique • Alcool	Discutez avec votre professionnel de ce qu'il faut faire si votre glycémie est basse
Irritation au site	• L'ensemble de perfusion s'accroche aux vêtements • Le site ou les mains sont sales • Nouvel ensemble de perfusion inséré trop près du site précédent • Ensemble de perfusion laissé en place plus longtemps que recommandé	Lavez-vous les mains et insérez un nouvel ensemble de perfusion dans un nouveau site propre, à 1 ou 2 pouces au moins du site précédent. Contactez votre professionnel de la santé si l'irritation persiste au nouveau site.
Douleur à l'insertion	Insertion manuelle trop lente	L'insertion manuelle de l'ensemble de perfusion demande un mouvement rapide
	Le dispositif d'insertion ne fonctionne pas correctement	Utilisez un nouveau dispositif d'insertion
	Atteinte d'un nerf ou d'un muscle	Lavez-vous les mains et insérez un nouvel ensemble de perfusion dans un site propre à 2 pouces au moins du précédent.
	Profondeur d'insertion de l'ensemble de perfusion insuffisante	Assurez-vous que la profondeur d'insertion est suffisante. Envisagez une canule plus longue
Sang dans la tubulure	Atteinte d'un capillaire à l'insertion	Changez immédiatement le site d'insertion

Personne-ressource en cas d'urgence :

Téléphone :

Commandez les ensembles de perfusion et d'autres fournitures de pompe au 1-866-406-4844
Service à la clientèle (soutien technique) 24/7 : 1-866-406-4844

Important : Le présent guide des ensembles de perfusion et de la gestion des sites d'insertion ne remplace pas les recommandations d'un professionnel de la santé ni les instructions du mode d'emploi. Le fait de ne pas se conformer aux instructions peut se traduire par de la douleur ou des effets nuisibles. Si c'est la première fois que vous utilisez un ensemble de perfusion, faites-le en présence d'un professionnel de la santé.

Animas est une marque de commerce appartenant à Animas Corporation et utilisée sous licence. © 2009 Produits médicaux LifeScan Canada ltée, Burnaby, C.-B. V5C 6C6
Les ensembles de perfusion mentionnés sont tous des marques de commerce d'Unomedical a/s.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

093-955A JUL 09